

우: 04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37[http://www.kma.org]/전화(02)6350-6536 전송(02)793-8702
의무법제국장 광석철(6573)/ 의무팀장 박일현(6540)/ 팀원 조시형(6536)/ E-mail: kmamedia@naver.com

문서번호 대의협 제0626-12535호

시행일자 2026. 2. 20.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 의료기기 판매중지, 회수·폐기 및 회수사실 공표 등 명령 알림_(주)제네웰
화성지사(경인지방식품의약품안전청)

1. 귀회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련 근거 : 경인지방식품의약품안전청 의료제품안전과-2779 (2026. 2. 13.)

3. 경인지방식품의약품안전청에서는 관내 의료기기 제조업체인 '(주)제네웰 화성지사'에서 제조·판매하는 「국소품제창상피복재」 품목에 대하여 '판매중지, 회수·폐기 및 회수사실 공표 등 명령'(26.2.13.(금))하였음을 붙임과 같이 우리 협회에 알려진 바, 이를 전달드리오니 귀회 소속 산하단체 및 회원에게 널리 안내하여 주시기 바랍니다.

- 업체명 : (주)제네웰화성지사(제조업 제1914호)
- 소재지 : 경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 281-2
- 연락처 : 031-8018-5500
- 판매중지, 회수·폐기 및 회수사실 공표 명령 대상 제품

품목명(인증번호)	제조번호	보호필름 제조번호	명령 사유	위해의 정도	근거법령
국소품제창상피복재 (제인04-498호)	MA24G03I25 MA24G03H26 MA24H23I26 MA24H23J29	2524G09	이물혼입제 품	의료기기법 시행규칙 제52조제2항 제2호	의료기기법 제32조, 제34조 제1항

※ 붙 임 : 경인지방식품의약품안전청 관련 공문 1부. 끝.

대한의사협회장

“국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다”



수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장
(각과개원의협의회장), 대한병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공
중보건의를사협의회장, 한국여자의사회장, 대한병원장협의회장